



# Zakázky na ZP, vybraná rozhodnutí ÚOHS



**Petra Klímová**  
**Pracovní den ČSZT, 25. 4. 2018**

- Nejčastější chyby
- Výběr z rozhodnutí ÚOHS

- Nedodržení zásad §6;
- Účelové dělení předmětu do více zakázek a
- Nevyužití možnosti rozdělení předmětu;
- Nepřiměřené/účelové nastavení kvalifikace;
- Neurčité, nejednoznačné nebo nepřiměřené vymezení zadávacích podmínek;
- Nedoložení způsobu stanovení PH;
- Nevhodný způsob hodnocení;
- Změny ve smlouvách bez objektivních příčin;

- 3 nabídky na obě položky
- Zjišťování ÚOHS u dalších dodavatelů
- Výroky ÚOHS:
  - Dělit pokud je důvod předpokládat, že za plnění po částech bude v součtu nižší cena
  - Neexistoval objektivní důvod pro nákup přístrojů dohromady
  - Každý přístroj pracuje a je obsluhován samostatně
  - Jiný okruh pacientů
- ÚOHS-S0638/2016/VZ-45906/2016/551/SBe

# Nedělení zakázky

Endoskopie a vrtačky

Popis	Počet kusů	Maximální cena
Kolposkop	1	197 000 Kč
Akumulátorová vrtačka pro COS	4	1 400 000 Kč
Semirigidní ureterorenoskop	1	151 000 Kč
Kompletní endoskopická sestava pro urologii	1	2 280 000 Kč
Flexibilní cystoskop	2	272 000 Kč
Optický ureterotom	1	129 000 Kč
Bipolární resektoskop	2	347 000 Kč

- Různá místa určení
- Zjišťování ÚOHS u dalších dodavatelů
- Výroky ÚOHS:
  - rozdělit i v případech jisté věcné souvislosti (za současné souvislosti místní a časové),
  - kdy existuje reálné riziko, že spojený předmět plnění bude mít skrytě diskriminační účinky,
  - zejm. v případech, kdy o tomto riziku bude zadavatel vědět, nebo ho bude možné důvodně předpokládat.
- ÚOHS-S0638/2016/VZ-45906/2016/551/SBe

- obtížné určení věcné souvislosti
- skutečnost, že povaha předmětu rozdělení VZ na části nepřipouští, lze prokazatelně konstatovat jen ve výjimečných a objektivně podložených situacích

*„... je rozhodující posouzení celkového charakteru předmětu plnění ... Určení toho, zda jde o více předmětů VZ (..více VZ) nebo zda jde o více částí téhož předmětu (a jde o jednu VZ), je v praxi problémem, neboť zákon nepodává návod k určení, jaké plnění má být jedinou VZ (byť ji lze dělit – ZVZ přitom dává jasná pravidla pro takové dělení)...“*

- Rozsudek 62 Af 54/2010-106 z 2011



zadavatel musí využít všechny možnosti, které mu zákon (byť jako možnost, nikoli povinnost) dává k tomu, aby se v zadávacím řízení diskriminace, resp. omezování konkurenčního prostředí, nedopouštěl

K zásadě zákazu diskriminace :

- *...směřuje k cíli samotného zákona o VZ, kterým je zajištění hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti nakládání s veřejnými prostředky.*
- *...vytvářením podmínek, aby smlouvy byly uzavírány při zajištění hospodářské soutěže a konkurenčního prostředí mezi dodavateli.*

- 1 Afs 20/2008 ze dne 5. 6. 2008

- Nabídky - uchazeč neměl POS, doložil ČP že splňuje,
- Zadavatel nevyloučil
- Výroky ÚOHS:
  - Účelem kvalifikace je zajistit, aby dodavatel zaručil schopnost realizovat VZ řádně a včas
  - POS a CE mají podobný obsah
  - CE je obligatorní součástí každého výrobku
  - Pro splnění kvalifikace bylo nutné ... *předložit dokument, zpracovaný např. formou certifikátu, ze kterého bude vyplývat, že byla posouzena shoda s normami EU a výrobek byl označen CE*
- ÚOHS-S0425/2015/VZ-25301/2015/542/JVo

- POS – může být součástí technické kvalifikace (§79, odst. 2, písm. I ZVZ)
- ! §122 požaduje předložení originálů kvalifikačních dokladů
- Požadavek na POS do nabídky

- 10 plicních ventilátorů
- Referenční dodávka vč. 1 ks PC, LCD a tiskárny
- Výroky ÚOHS:
  - „PC vybavení“ je nedílná součást významné dodávky, byť fyzicky oddělitelná
  - Požadavek obecný, nikoli nepřiměřený,
  - Zadavatel posoudí zajištění včasného a kvalitního plnění dodávky
  - Zadavatel určuje nároky a požadavky na dodavatele, aby měl zjištěné řádné budoucí plnění
- ÚOHS-S0232/2017/VZ-26250/2017/512/MHr

- spektrofotometr, analyzátor rozpuštěného organického uhlíku a dusíku, mikroskop pro potřeby hydrobiologie, chladničky, odtahový box, sušárna, mycí a dezinfekční automat, digestoř, ...dodávka laboratorního nábytku,... a příslušenství (kádinky, pipety, lžičky, ..)
- CPV 39180000-7 – Laboratorní nábytek
- ÚOHS-S0112/2016/VZ-18309/2016/541/PDz

- Výroky ÚOHS:
  - Dodávka přístrojů - cca 89 % z NC
  - Laboratorní nábytek - cca 6 % z NC – není převažující plnění
  - Rozdělení by nemělo vliv na výslednou funkčnost
  - Chybný CPV mohl podstatně ovlivnit výběr
  - Nelze vyvrátit, že by v případě řádného zadání, byla podána nabídka další, přičemž nelze vyloučit alespoň potenciální možnost, že by se taková nabídka stala nabídkou vítěznou...

- Požadavek předložit podepsanou specifikaci dodávaného zařízení, ... bude tvořit přílohu KS
- Vzor KS s přílohami, mj. checklist – specifikace dodávaného vybavení
- V nabídce podepsaný produktový list
- Vyloučení – nepředložení podepsané přílohy
- Rozh. o námitkách – nabídka nepotvrdila splnění technických požadavků



- Výroky ÚOHS:
  - Důvodem pro vyloučení byla absence dokumentu
  - V Rozhodnutí o námitkách byla důvodem obsahová nedostatečnost
  - Zadavatel musí mít jistotu, že nabídka nesplňuje zadávací podmínky
  
- ÚOHS-S0655/2016/VZ-48414/2016/522/DMa

- Servis speciálních optických přístrojů
- 1 výrobcem autorizovaná osoba
- Výroky ÚOHS:
  - V pochybnostech vždy posoudit
  - Ustanovení o MNNC má chránit zadavatele před „agresivní“ cenotvorbou konkurentů
  - Zadavateli nenutí ochranu proti jeho vůli
  - Nutné potvrzení účastníka, že MNNC není v důsledku porušení povinností vyplývajících z právních předpisů
- ÚOHS-S0435/2017/VZ-04920/2018/531/MHo

- Požadavek KS, checklist a produktový list
- Splnění uvést např. odkazem na technickou dokumentaci
- Nejasnost HK, kde je údaj o celkové filtraci
- Celková filtrace... - odpověď: ANO
- Vysvětlením nabídka doplněna

# Posouzení nabídky, úskalí ano/ne tabulek

A	B	C	D
<b>Název zařízení, subsystému, fyzikálně technické vlastnosti</b>	Popis	Požadovaná hodnota	Skutečná hodnota, název položky, položka č. v nabídce
<b>Primární clona a přídatná filtrace</b>	Světelné znázornění nastaveného pole	ano	ano
	Manuální i motorické nastavení velikosti snímkaného pole s plně automatickým cloněním na zvolený formát obrazu	ano	ano
	Celková filtrace	min. 3 mm AL	ano
	Na tělese primární clony se musí zobrazovat minimálně: zvolená filtrace, kolimace, SID, úhel sklonu a zvolený orgánový program	ano	ano

- *Uchazeč uvádí v produktovém listu ... údaje o  
přídavné filtraci v rozsahu ...*
- *Údaj o celkové filtraci kolimátoru předkládáme  
nyní: Základní filtrace odpovídá ... a přídavná  
filtrace poskytuje výběr ... tedy plně vyhovuje a  
dokonce výrazně převyšuje ...*

- Výrok ÚOHS:
  - nabídka údaj o hodnotě celkové filtrace nabízeného přístroje neobsahuje
  - nabídka nesplnila požadavek zadavatele
  - není relevantní, zda některá z dílčích technických částí nabízeného přístroje (v tomto případě přídatná filtrace) splňuje sama o sobě požadavek na celkovou filtraci, ale stěžejní je fakt, že údaj o celkové filtraci v nabídce uveden není, ačkoliv tam dle zadávacích podmínek uveden být měl
- ÚOHS-S0641/2016/VZ-47213/2016/511/KLi

# Není UOHS jako UOHS, u zakázek je bdělost na místě



ÚŘAD  
PRO OCHRANU  
HOSPODÁŘSKÉ  
SOUTĚŽE



UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES BOSASO PUNTLAND SOMALIA  
(UOHS)